



SOLO[®] 2.0

Beschreibung Description

Die **BLOCK OPTIC Solo 2.0[®]** ist eine kompakte, platzsparende Untersuchungseinheit mit Schwenktisch, Phoropterarm und Patientenstuhl. Sie bietet Platz für 1 oder 2 ophthalmologische Untersuchungsgeräte und ist daher ideal geeignet für kleine Untersuchungsräume. Auch eine individuelle Anpassung, als reine Refraktionseinheit, ohne Schwenktisch, ist möglich.

The **BLOCK OPTIC Solo 2.0[®]** is a compact, space-saving examination unit with a swivel table, phoropter arm, and patient chair. It offers space for 1 or 2 ophthalmological examination devices and is therefore ideal for small examination rooms. Individual customization as a pure refraction unit without a swivel table is also possible.



DETAILS



1-oder 2-Geräte-Schwenktisch
optional mit Phoropterarm
1- or 2-device swivel table
optional with phoropter arm



stufenlose
Bremseinrichtung
stepless
braking device



Patientenstuhl
elektromotorisch
Höhenverstellbar
durch Fußschalter
Patient chair electromotive
height adjustment by foot switch



schwarze Sitzschale
black seat shell

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgender Ausführung:

Untersuchungseinheit

- 1-Geräte-Schwenktisch
- 2-Geräte-Schwenktisch (optional)
- Reine Refraktionseinheit, ohne Schwenktisch (optional)
- stufenlose Bremseinrichtung
- Phoropterarm (optional)
- Doppelladeköcher für Handgeräte (optional)
- Wellenablage für Handgeräte (optional)
- Halterung für Nahprüfgerät (optional)

Patientenstuhl

- elektromotorische Höhenverstellung durch Fußschalter
- starres Stuhloberteil
- schwarze Sitzschale
- Sitzpolsterbezug aus Kunstleder
- Armlehnen hochklappbar (optional)
- Taschenhalterung (optional)

Available as a right or left unit with the following design:


Examination unit

- 1-device swivel table
- 2-device swivel table (optional)
- Pure refraction unit, without swivel table (optional)
- stepless braking device
- phoropter arm (optional)
- double charging holder for hand-held devices (optional)
- wave tray for hand-held devices (optional)
- mounting for close-up inspection device (optional)

Patient chair

- electromotive height adjustment by foot switch
- fixed chair top
- black seat shell
- upholstered seat cover made of imitation leather
- armrests can be folded up (optional)
- bag holder (optional)

Solo® 2.0
Rechtsausführung/Right-hand version
Grundriss/Floor plan



Länge / length

Tiefe mit Stuhloberteil / depth with upper chair section

Normhöhe Gerätetisch / Standard height of device table

Gewicht / weight

Nenneingangsspannung / Nominal input voltage

Schutzklasse / Protection class

Leistungsaufnahme / Power consumption

1330 mm

1300 mm

860 mm

ca. / approx. 115 kg – 135 kg

230 V AC

I

maximal 1500 W